密度折光系统准备条件

电脑

蒸馏水

甲醇，至少 1 升，如果考虑到之后实验室常用的话，建议多配

洗涤剂一瓶（稀释后使用）

滴定仪 T50 准备条件

电脑

去离子水

万分之一天平

实验部分：a)最好根据用户**具体实验方法**准备相关标准溶液、样品及样品处理相关溶剂，

b)根据所配置电极,共涉及三类实验：

水溶液酸碱滴定：标液通常为 0.1M HCl 或 NaOH

氧化还原滴定：最好根据用户具体实验来配制标液和样品

银量法沉淀滴定：标液通常为 0.1M AgNO₃